

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов  
и паров электрические

Часть 4

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ ГРУППЫ II  
С ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ  
СОДЕРЖАНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ДО 100 %  
НИЖНЕГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО  
ПРЕДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ

Издание официальное

Б3 12—99/614

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр автоматизации и техники безопасности» (ООО «НПЦ АТБ»)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 403 «Взрывозащищенное и рудничное электрооборудование»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14 ноября 2003 г. № 320-ст

3 Разделы, подразделы настоящего стандарта, за исключением 1.3, 1.4, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.6, 4.15.1, 4.15.2, 5 и приложения А, представляют собой аутентичный текст МЭК 61779-4—98 «Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 4. Требования к приборам группы II с верхним пределом измерений содержания горючих газов до 100 % НКПР».

4 ВВЕДЕНИЕ

© ИПК Издательство стандартов, 2003

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

II

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Определения . . . . .	1
3 Общие требования . . . . .	2
4 Требования к характеристикам . . . . .	2
4.1 Общие положения . . . . .	2
4.2 Испытания прибора в условиях хранения и транспортирования . . . . .	2
4.3 Проверка градуировок . . . . .	2
4.4 Проверка стабильности (приборы непрерывного действия) . . . . .	2
4.5 Проверка стабильности (приборы эпизодического действия) . . . . .	2
4.6 Проверка порога срабатывания . . . . .	3
4.7 Проверка устойчивости к воздействию температуры . . . . .	3
4.8 Проверка устойчивости к воздействию давления . . . . .	3
4.9 Проверка устойчивости к воздействию влажности . . . . .	3
4.10 Проверка устойчивости к воздействию скорости газовоздушного потока . . . . .	3
4.11 Проверка влияния расхода анализируемого газа . . . . .	3
4.12 Проверка влияния пространственного положения . . . . .	3
4.13 Испытание на воздействие вибрации . . . . .	3
4.14 Испытание на воздействие ударов при свободном падении . . . . .	4
4.15 Определение времени прогрева . . . . .	4
4.16 Определение времени установления показаний . . . . .	4
4.17 Определение минимального времени измерения . . . . .	4
4.18 Проверка устойчивости к воздействию газовой перегрузки . . . . .	4
4.19 Проверка времени работы прибора от аккумуляторной батареи . . . . .	4
4.20 Проверка влияния отклонений напряжения питания от номинального значения . . . . .	4
4.21 Проверка устойчивости к прерываниям электропитания, наносекундным импульсным помехам и скачкообразным изменениям напряжения . . . . .	5
4.22 Проверка влияния пробоотборного зонда . . . . .	5
4.23 Проверка устойчивости к воздействию пыли . . . . .	5
4.24 Проверка устойчивости к воздействию отравляющих веществ и неизмеряемых компонентов . . . . .	5
4.25 Проверка устойчивости к электромагнитным помехам . . . . .	5
5 Комплект средств метрологического обеспечения . . . . .	5
Приложение А Отличия настоящего стандарта от международного стандарта МЭК 61779-4—98 . . . . .	6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические

Часть 4

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИБОРАМ ГРУППЫ II С ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ ИЗМЕРЕНИЙ  
СОДЕРЖАНИЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ДО 100 % НИЖНЕГО КОНЦЕНТРАЦИОННОГО  
ПРЕДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases.  
Part 4. Performance requirements for group II apparatus indicating a volume fraction up to 100 %  
lower explosive limit

Дата введения 2004—07—01

Настоящий стандарт устанавливает специальные требования, которые дополняют общие требования и методы испытаний, изложенные в ГОСТ Р 52136.

Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 52136.

Номера разделов, пунктов (за исключением 1.3, 1.4), подпунктов в настоящем стандарте соответствуют указанным в МЭК 61779-4—98. Приложение А введено дополнительно.

Дополнительные требования, а также требования, отличающиеся от требований МЭК 61779-4—98, отражающие потребности экономики страны, выделены в тексте курсивом.

## 1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к характеристикам переносимых, передвижных и стационарных приборов группы II по ГОСТ Р 52136 для обнаружения и измерения содержания горючих газов или паров в воздухе. Данные приборы или их части предназначены для применения в потенциально взрывоопасной газовой среде, за исключением шахт, опасных по выделению рудничного газа. Общие требования и методы испытаний, применяемые к электрическим газоанализаторам и сигнализаторам для обнаружения и измерения содержания горючих газов или паров, в том числе к приборам, на которые распространяется настоящий стандарт, установлены в ГОСТ Р 52136.

1.2 Настоящий стандарт распространяется на приборы группы II, предназначенные для обнаружения и измерения содержания горючих газов или паров в воздухе, с верхним пределом измерений до 100 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) включительно (далее — приборы).

1.3 Стандарт не распространяется на приборы, разработанные и освоенные производством до введения в действие настоящего стандарта.

### 1.4 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ Р 52136—2003 (МЭК 61779-1—98) Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.

## 2 Определения

В настоящем стандарте использованы определения по ГОСТ Р 52136.

Издание официальное

### 3 Общие требования

Прибор должен соответствовать общим требованиям, установленным в ГОСТ Р 52136, и требованиям к характеристикам согласно разделу 4 настоящего стандарта. Соответствие проверяют, применяя методы испытаний, в том числе начальную проверку и регулировку, и соблюдая требования к испытаниям, установленные в ГОСТ Р 52136.

Содержание руководства по эксплуатации прибора должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52136.

### 4 Требования к характеристикам

#### 4.1 Общие положения

Нормальные условия испытаний установлены в 4.3 ГОСТ Р 52136. Соответствие прибора требованиям к характеристикам проверяют, применяя методы испытаний, установленные в 4.4 ГОСТ Р 52136.

#### 4.2 Испытания прибора в условиях хранения и транспортирования

После выдержки в условиях, указанных в 4.4.2 ГОСТ Р 52136, прибор должен отвечать требованиям, установленным в 4.3—4.25 и разделе 5 настоящего стандарта.

#### 4.3 Проверка градуировки

##### 4.3.1 Проверка градуировочной характеристики газоанализатора (*номинальной функции преобразования у сигнализатора*)

После начальной регулировки прибора, выполненной с применением поверочной газовой смеси (далее — ПГС), значение *основной (приведенной или относительной) погрешности (приведенной ко входу для сигнализатора)*, определенное для каждого показания в трех наборах показаний (после внесения, при необходимости, поправок с использованием для этого градуировочной характеристики (*номинальной функции преобразования у сигнализатора*) изготовителя), полученных для четырех объемных долей горючего газа, равномерно распределенных в диапазоне измерений прибора, не должно превышать *пределов допускаемой основной приведенной погрешности*, составляющих  $\pm 5\%$  ( $\pm 10\%$  для сигнализатора), или *пределов допускаемой основной относительной погрешности*, составляющих  $\pm 10\%$  ( $\pm 20\%$  для сигнализатора), — выбирают наибольшее значение.

##### Примечания

1 Здесь и далее под *показанием сигнализатора* следует понимать содержание определяемого компонента смеси, полученное по значению выходного сигнала и *номинальной функции преобразования*.

2 За *нормирующее значение для приведенной погрешности* принимают модуль разности пределов измерений.

##### 4.3.2 Проверка реакции на другие газы

Значения показаний прибора (после внесения, при необходимости, поправок с использованием для этого градуировочных характеристик (*номинальных функций преобразования у сигнализатора*) изготовителя), полученных для каждого из трех значений объемной доли каждого горючего газа, выбранного для испытаний, не должны отличаться от соответствующих действительных значений объемной доли более чем на  $\pm 7\%$  диапазона измерений или  $\pm 15\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.4 Проверка стабильности (приборы непрерывного действия)

Прибор должен соответствовать следующим требованиям.

##### а) Кратковременная стабильность

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

##### б) Долговременная стабильность (стационарные и передвижные приборы)

Изменение показания не должно превышать  $\pm 10\%$  диапазона измерений или  $\pm 30\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

##### в) Долговременная стабильность (портативные приборы)

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.5 Проверка стабильности (приборы эпизодического действия)

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.6 Проверка порога срабатывания

Аварийная сигнализация должна срабатывать во время каждого цикла испытания. Если в приборе предусмотрена блокирующаяся аварийная сигнализация, следует проверить работу устройства ручного отключения сигнализации.

*При проверке порога срабатывания путем подачи в специальные точки прибора плавно изменяющегося электрического сигнала показание, зафиксированное при срабатывании сигнализации, не должно отличаться от заданного порога срабатывания более чем на  $\pm 5\%$  диапазона измерений ( $\pm 10\%$  диапазона измерений для сигнализатора) или более чем на  $\pm 10\%$  показания ( $\pm 20\%$  показания для сигнализатора) — выбирают наибольшее значение.*

#### 4.7 Проверка устойчивости к воздействию температуры

Изменение показания прибора в указанных ниже диапазонах температур относительно показания, полученного при температуре 20 °С, не должно превышать следующих значений;

а) для портативного или передвижного прибора, в котором блок управления и датчик находятся в одинаковых условиях окружающей среды, изменение показания в диапазоне температур от минус 10 °С до плюс 40 °С не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение). Испытания проводят при температурах минус 10 °С, плюс 20 °С и плюс 40 °С;

б) для стационарного прибора с выносными датчиками, где блок управления и датчик находятся в разных условиях окружающей среды, для датчиков и блоков управления применяют следующие температуры.

##### 1) Датчики

Датчик испытывают в чистом воздухе и в ПГС при температурах минус 25 °С и плюс 55 °С, при этом блок управления должен находиться в нормальных климатических условиях испытаний. Изменение показания не должно превышать  $\pm 10\%$  диапазона измерений или  $\pm 20\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

##### 2) Блоки управления

Изменение показания в диапазоне температур от 5 °С до 55 °С (температуры для испытаний: 5 °С, 20 °С и 55 °С) не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение) при условии, что датчик находится в нормальных климатических условиях испытаний;

в) для стационарного прибора, в котором блок управления и датчик находятся в одинаковых условиях окружающей среды, изменение показания в диапазоне температур от минус 10 °С до плюс 55 °С (температуры для испытаний: минус 10 °С, плюс 20 °С и плюс 55 °С) не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 15\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.8 Проверка устойчивости к воздействию давления

Изменение показаний, полученных при значениях давления 80 и 110 кПа, относительно показания, полученного при давлении 100 кПа, не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 30\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.9 Проверка устойчивости к воздействию влажности

Изменение показаний, полученных при относительной влажности 20 % и 90 %, по сравнению с показанием, полученным при относительной влажности 50 %, при температуре 40 °С не должно превышать  $\pm 7\%$  диапазона измерений или  $\pm 15\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.10 Проверка устойчивости к воздействию скорости газовоздушного потока

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.11 Проверка влияния расхода анализируемого газа

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.12 Проверка влияния пространственного положения

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.13 Испытание на воздействие вибрации

Во время испытания на воздействие вибрации прибор не должен утрачивать ни одной своей функции и выдавать ложный аварийный сигнал или ложный сигнал неисправности. Прибор не должен получить повреждение, которое снизит уровень его безопасности или приведет к потере функции.

По завершении испытания и после воздействия на датчик прибора чистого воздуха, а затем ПГС изменение показания прибора относительно показания, полученного до испытания, не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.14 Испытание на воздействие ударов при свободном падении (применяется к портативным приборам и выносным датчикам)

Прибор не должен получить повреждение, которое снизит уровень его безопасности или приведет к потере функции.

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.15 Определение времени прогрева (не применяется к приборам эпизодического действия)

##### 4.15.1 Стационарные и передвижные приборы

Прибор должен прогреться в чистом воздухе до появления нулевого показания с отклонением в пределах  $\pm 5\%$  диапазона измерений ( $\pm 10\%$  диапазона измерений для сигнализатора) за время, указанное изготовителем; при этом не должно происходить ложного срабатывания аварийной сигнализации.

##### 4.15.2 Портативные приборы и прерывного действия

Прибор должен прогреться в чистом воздухе до появления нулевого показания с отклонением в пределах  $\pm 5\%$  диапазона измерений ( $\pm 10\%$  диапазона измерений для сигнализатора) за время, не превышающее 2 мин; при этом не должно происходить ложного срабатывания аварийной сигнализации.

#### 4.16 Определение времени установления показаний (не применяется к приборам эпизодического действия)

Время установления показаний  $t(50)$  и  $t(90)$  при скачкообразном увеличении (уменьшении) содержания горючего газа должно быть не более 20 и 60 с соответственно.

#### 4.17 Определение минимального времени измерения (приборы эпизодического действия)

Показание прибора без зонда или пробоотборной линии должно достичь 90 % установленного значения за время, не превышающее 15 с.

Для прибора с принудительной подачей газа, оснащенного пробоотборной линией или зондом, допускается дополнительное время из расчета 3 с на 1 м длины.

#### 4.18 Проверка устойчивости к воздействию газовой перегрузки

##### 4.18.1 Проверка однозначности получаемой информации

Во время испытаний в соответствии с 4.4.18.1 ГОСТ Р 52136 прибор должен показывать конечное значение шкалы, и должна включиться аварийная сигнализация, если она предусмотрена. Если показания выдаются в цифровой форме, прибор должен ясно указывать на превышение верхнего предела измерений.

##### 4.18.2 Испытание на остаточный эффект

Изменения показаний относительно показаний, полученных в чистом воздухе и ПГС в начале испытаний, не должны превышать  $\pm 7\%$  диапазона измерений или  $\pm 15\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.19 Проверка времени работы прибора от аккумуляторной батареи

##### 4.19.1 Портативные приборы и прерывного действия

По окончании 8 или 10 ч работы изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

Через 10 мин работы после появления сигнала о разряде батареи изменение показания не должно превышать  $\pm 7\%$  диапазона измерений или  $\pm 15\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

##### 4.19.2 Портативные приборы эпизодического действия

4.19.2.1 Во время испытания не должен срабатывать никакой сигнал, в том числе сигнал о разряде батареи.

4.19.2.2 После выполнения 200 включений изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

После выполнения еще 10 включений с момента появления сигнала о разряде батареи изменение показания не должно превышать  $\pm 7\%$  диапазона измерений или  $\pm 15\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

#### 4.20 Проверка влияния отклонений напряжения питания от nominalного значения

##### 4.20.1 Общие положения

Требования отсутствуют.

**4.20.2 Приборы с питанием от источников переменного тока и внешних источников постоянного тока**

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

**4.20.3 Приборы с другими источниками питания**

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

**4.21 Проверка устойчивости к прерываниям электропитания, наносекундным импульсным помехам и скачкообразным изменениям напряжения**

Прибор не должен выдавать ложных аварийных сигналов при прерываниях электропитания, наносекундных импульсных помехах и скачкообразных изменениях напряжения.

**4.22 Проверка влияния пробоотборного зонда**

Изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений или  $\pm 10\%$  показания (выбирают наибольшее значение).

**4.23 Проверка устойчивости к воздействию пыли**

Увеличение времени установления показаний  $t(90)$  не должно быть более 10 с.

**4.24 Проверка устойчивости к воздействию отравляющих веществ и неизмеряемых компонентов**

**4.24.1 Отравляющие вещества**

Не применяется.

**4.24.2 Неизмеряемые компоненты**

Не применяется.

**4.25 Проверка устойчивости к электромагнитным помехам**

При испытании на помехоустойчивость изменение показания не должно превышать  $\pm 5\%$  диапазона измерений. Прибор не должен утрачивать свои функции или выдавать ложный аварийный сигнал.

## 5 Комплект средств метрологического обеспечения

Показание, полученное при применении комплекта средств метрологического обеспечения, не должно отличаться от действительного значения объемной доли горючего газа более чем на  $\pm 5\%$  диапазона измерений ( $\pm 10\%$  диапазона измерений для сигнализатора) или  $\pm 10\%$  показания ( $\pm 20\%$  показания для сигнализатора) — выбирают наибольшее значение.

*Отличия настоящего стандарта от международного стандарта МЭК 61779-4—98**Отличия настоящего стандарта от МЭК 61779-4—98 приведены в таблице А.1.*

Таблица А.1

<i>Номер пункта (подпункта), обозначение приложения</i>		<i>Отличие настоящего стандарта от МЭК 61779-4—98</i>	<i>Аутентичный текст МЭК 61779-4—98, исключенный из настоящего стандарта</i>
<i>настоящего стандарта</i>	<i>МЭК 61779-4—98</i>		
1.3	—	<i>Пункт введен дополнительно</i>	—
1.4	—	<i>Пункт введен дополнительно</i>	—
4.2, заголовок	4.2, заголовок	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
4.3, заголовок	4.3, заголовок	<i>Исключена часть заголовка</i> <i>(не применяется к газоанализаторам)</i>	
4.3.1	4.3.1	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
4.3.2	4.3.2	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
4.6	4.6	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
4.15.1	4.15.1	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
4.15.2	4.15.2	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
5	5	<i>Текст, выделенный курсивом, введен дополнительно</i>	—
<i>Приложение А</i>	—	<i>Приложение введено дополнительно</i>	—

---

УДК 543.271.08:006.354

ОКС 13.220  
13.320  
29.260.20  
71.040.40

П63

ОКП 42 1510

Ключевые слова: электрические газоанализаторы и сигнализаторы, горючие газы и пары в воздухе, обнаружение и измерение содержания, потенциально взрывоопасная газовая среда, производственная безопасность, нижний концентрационный предел распространения пламени, приборы группы II, характеристики, требования

---

Редактор *В.П. Осурдова*  
Технический редактор *И.С. Гришанова*  
Корректор *В.С. Черная*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 05.12.2003. Подписано в печать 16.12.2003. Усл. печ. л. 1,40. Уч.-издл. 0,85.  
Тираж 240 экз. С 13002. Зак. 1060.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Коломенский пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)

Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Отпечатано в филиале ИПК Издательство стандартов — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102